

Анализатор мочи CL-50 РУ ФС 2006/346



Анализатор мочи CL-50 – полуавтоматический оптико-электронный прибор для анализа мочи на реакгентных полосках, обеспечивающий количественное и полуколичественное определение Уробилиногена, Билирубина, Кетонов, Крови, Белка, Нитритов, Лейкоцитов, Глюкозы, Специфической плотности и pH.

Данные компоненты в образце мочи, взаимодействуя с реакгентными зонами тестовой полоски, вызывают изменение в цвете этих зон, которые и регистрирует анализатор по степени изменения отражения падающего цвета. Прибор обеспечивает анализ образца по 10ти параметрам за 30 секунд.

Информация с сайта <https://ecotestery.ru/p167727204-analizator-mochi-parametrov.html>